

**CHECKLIST SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ**  
în unitățile de îngrijire spitalicească

Nr Crt.	Descriere acțiune	Cerință legislativă
1.	A fost stabilită structura organizatorică a activității de prevenire și protecție?	L319/2006, art.8 HG 1425/2006 art.14
2.	A fost înființat și funcționează Comitetul de securitate și sănătate în muncă (CSSM)?	L319/2006, art.19 HG 1425/2006 art. 52-73
3.	Au fost evaluate riscurile specifice, având în vedere adoptarea unor terapii care presupun creșterea cantității de oxigen administrată pacienților, implicit creșterea concentrației de oxigen în atmosfera încăperilor unde sunt tratați acești pacienți?	L319/2006, art. 7(4) lit.a) HG 1425/2006 art. 15 pct.3
4.	A fost întocmit și actualizat planul de prevenire și protecție, în baza evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorității măsurilor pentru zonele cu risc ridicat și specific?	L319/2006, art.13 lit.b)
5.	Angajatorul ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională?	L319/2006 art.13 lit.k) HG 1425/2006 modif art.105
6.	Au fost întocmite instrucțiuni proprii de securitate a muncii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, care să prevadă inclusiv interdicția de a se utiliza flăcără deschisă și echipamente de încălzire suplimentară în saloanele unde este utilizat oxigenul în terapia COVID-19?	L319/2006, art.13 lit.e)
7.	Au fost stabilite pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca, corespunzător funcțiilor exercitate?	L319/2006, art.13 lit.d)
8.	Se realizează controlul medical la angajarea în muncă și examenul medical periodic al lucrătorilor, în conformitate cu prevederile HG 355/2007?	L319/2006, art.13 lit.j)
9.	Angajatorul a asigurat o instruire suficientă și adecvată în domeniul SSM, care să includă demonstrații practice pentru fiecare lucrător în funcție de domeniul de activitate?	L319/2006 art.20 HG 1425-2006 modif. art.74-100
10.	Lucrătorii au acces la fișele cu date de securitate ale agenților chimici periculoși (ACP), puse la dispoziție de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006, inclusiv pentru oxigenul medicinal?	L 319/2006 art. 16, HG 1218/2006, modif. art. 30 (1) , lit. d)
11.	La locurile de muncă unde se folosesc ACP se aplică măsuri tehnice și/sau organizatorice, în conformitate cu legislația națională, pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor de incendiu și explozie?	L 319/2006 art.7(4), lit.b) HG 1218/2006, modif., art. 24(2)
12.	Salonul de terapie intensiva dispune de instalație de ventilație cu înnoirea aerului de cel puțin 6 volume pe oră?	L 319/2006 art. 39, alin (9), lit. b) Anexa 9 la Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ord. nr. 1500/2009 a Ministerului Sănătății, lin. 17, lit. b), lit. D, art. 3
13.	Au fost verificate toate instalațiile electrice aferente spitalului pentru conformitate cu prescripțiile/reglementările în uz?	L319/2006, art.39(9) lit.f) Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - Indicativ I7/2011, aprobat prin Ordinul Nr.

		2741/2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pct. 8.1.0 și 8.2
14.	Modificările instalațiilor electrice se efectuează numai în baza unor proiecte tehnice, în conformitate cu prevederile legale?	L 319/2006 art.39(9), lit.d) HG nr. 1091/2006 art. 9
15.	A fost realizată semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (pentru locurile de muncă ce pot fi vizitate)?	L 319/2006 art.39(9), lit.k) HG 971/2006 art. 6-7
16.	Încăperile unde este posibilă acumularea de oxigen sunt dotate cu detectoare de oxigen, pentru prevenirea prezenței oxigenului peste limitele maxime admise?	L 319/2006 art.39(9), lit.b)
17.	Se asigură întreținerea echipamentelor de muncă, în mod special a celor din secțiile ATI, prin personal de specialitate?	L 319/2006 art.39(9), lit.m) HG 1146/2006, art. 4, alin. (2), art. 6, lit. b) din HG 1146/2006